

レットウッド粘度計

形式：TMRV-E-1

本製品はレットウッド粘度を測定するもので(IP70準拠)、試験温度において試料 50ccが流出するのに要する時間を測定して粘度を求めます。

本器は電気加熱型で、異電源には別置きのトランスで対応します。ガス加熱式のものはお問い合わせください。

装置構成

- | | |
|--------------------|----|
| 1) 装置本体 | 1式 |
| ヒータ:100V 300W 銅製液浴 | |
| 油壺 温度計保持器 | |
| 2) 架台 鋼製 | 1式 |
| 水平調整ネジ フラスコ支持台 | |
| 2) 水銀温度計 | |
| 0~160°C(1/1°C) | 1本 |
| 0~160°C(1/2°C) | 1本 |
| 3) 専用フラスコ：50cc | 1個 |
| 4) 丸型水準器 | 1個 |
| 5) 玉弁 | 1個 |
| 5) ヒーター用トランス | 1個 |



ペンスキーマルテンス引火点試験器

形式：PMFP-E-1

本製品はJIS-K2265に準拠して製作されたもので、石油製品などの引火点測定に用います。

引火点約50°C以上のものに使用します。

本器は電気加熱型で、異電源には別置きのトランスで対応します。

ガス加熱式についてはお問い合わせください。

装置構成

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1) 装置本体 | 1式 |
| 試料カップ、攪拌器、空気浴 | |
| 2) 加熱器および架台 | 1式 |
| ヒータ：100V 750W、 | |
| 鋼製 焼付塗装 | |
| 電源スイッチ、電源ランプ、攪拌器スイッチ | |
| 出力計、出力調整ツマミ | |
| 3) 温度計 | -5 ~ 110°C/0.5°C 1本 |
| 4) 温度計 | 90 ~ 370°C/2°C 1本 |



* 本装置は改良のため、予告なく変更することがあります。



東京メータ株式会社

〒211-8577

神奈川県川崎市中原区今井南町10番41号

TEL: 044-738-2402 FAX: 044-738-2405

E-mail: eng@tokyometer.co.jp

URL: <http://www.tokyometer.co.jp>